

AMELİYATHANE MASASI OMUZ YAN DESTEK (ÇİFT) ŞARTNAMESİ

- 1- OMUZ VEYA YAN BÖLGELERİN DESTEKLENMESİ GEREKEN POZİSYONLARI İÇİN KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
 - 2- BAĞLANTI ADAPTÖRÜ İLE BİRLİKTE KULLANIMA SUNULMALIDIR.
 - 3- OMUZ YAN DESTEK KISMI POLİÜRETAN HAMMADDEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
 - 4- BAĞLANTI KISMI KALİTELİ PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
 - 5- SATIN ALMA İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE UYGUNLUĞU TEST EDİLMEK ÜZERE BİR NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.
- 6-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜTS KAYDI BULUNACAKTIR. KAYDI BULUNMAYAN ÜRÜN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ

ELİF KIRLI



AMELİYAT MASASI KOL DESTEĞİ ŞARTNAMESİ

- 1- HASTANIN KOLUNUN GEREKLİ POZİSYONDA KALMASINI SAĞLAMALIDIR.
- 2- BAĞLANTI ADAPTÖRÜ İLE YÜKSEKLİK VE AÇI AYARLAMASI KOLAYLIKLA YAPILMALIDIR.
- 3- BAĞLANTI ADAPTÖRÜ İLE BİRLİKTE KULLANIMA SUNULMALIDIR.
- 4- KOL DESTEK KISMI POLİÜRETAN HAMMADEDEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 5- BAĞLANTI KISMI KALİTELİ PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 6- 360 DERECE DÖNEBİLEN YAPIDA OLMALIDIR.
- 7- YÜKSEKLİK VE AÇI İSTEĞE GÖRE AYARLANABİLİR OLMALIDIR.
- 8- SATIN ALMA İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE UYGUNLUĞU TEST EDİLMEK ÜZERE BİR NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.
- 9-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜTS KAYDI BULUNACAKTIR.KAYDI BULUNMAYAN ÜRÜN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ

ELİF KIRLI

AMELİYAT MASASI EL BİLEK KAYIŞI (ÇİFT) ŞARTNAMESİ

- 1- KOL VE BİLEKLERİN SABİTLENMESİNİ SAĞLAMALIDIR.
- 2- HASTAYI AMELİYAT MASASINA SABİTLEMELİK İÇİN KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 3- POLYESTER VE SUNİ DERİDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 4- HASTANIN BOY VE KİLOSUNA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE AYARLANABİLİR OLMALIDIR.
- 5- HASTA GÜVENLİĞİNİ VE AMELİYATLARIN YÜKSEK VERİM İLE GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 6- SATIN ALMA İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE UYGUNLUĞU TEST EDİLMELİK ÜZERE BİR NUMUNE GÖDERİLMELİDİR.

7-TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜTS KAYDI BULUNMALIDIR.KAYDI BULUNMAYAN ÜRÜN DEĞERLENDİRMEYECEKTİR.

AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ

ELİF KIRLI

