SMT3914 KUSMUK POŞETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların istifra durumlarında kötü kokuyu, sıvıyı içine hapsetmek ve hastanın aldığı-çıkardığı takibini yapmak amacıyla medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün valfli veya jel petli çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürünün poşet hacmi minimum 400 ml olmalıdır. 4. Ürün mide ifrazını sızdırmamalı ve kötü kokuyu absorbe etmelidir. **5. Ürünün Emici pedli tipleri;** a) Ürünün içerisinde ped olmalı ve ped sıvıları tamamen jele dönüştürebilmelidir. b) Ped sıvıyı emdikten sonra tek parça halinde kalmamalı ve dağılarak poşet içerisinde jel homojen olmalıdır. c) Ürün üzerinde birleşik halde bağcıkları olmalı ve bağcıklar çekildiğinde poşet büzülerek kapanmalıdır. **6. Ürünün Valfli tipleri;** a) Ürünün kusmuğu geri akıtmaması için valf sistemi özelliğine sahip olmalıdır. b) Ürünün karton kısmı hastanın ağızını çevreleyecek şekilde olmalı ve mide ifrazının boşaltılmasına kolaylık sağlamalıdır. c) Ürünün poşet kısmı karton kısmına sağlam yapıştırılmış olmalı, poşet kısmı karton kısmından ayrılmamalı ve poşet yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. d) Ürünün içi doluyken karton kolay kapanmalı ve karton sıvı geçirmez olmalıdır. e) Ürünün poşet kısmı, kusmuk içeriğinin hacmini ve içerikte herhangi bir kanama olup olmadığını gösterecek şekilde şeffaf yapıda olmalıdır. f) Ürünün poşeti üzerinde ml cinsinden seviye göstergesi yer almalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürünün ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket baskı şeklinde olmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Sema ATIŞ DÖNER
Taşınır Kayıt Yetkilisi

SMT4141 HEMOSTATİK BASI BANDI

SMT Temel İşlevi:	1. Kan damarlarında, özellikle hemodiyaliz gibi geniş lümenli iğnelerle yapılan işlemler sonrası oluşan kanamayı kontrol altına almak ve hemostazı sağlamak için girişim bölgesine doğrudan basınç uygulanacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün boy seçenekleri olmalıdır. (39*80 (±2,) mm-36*80(±2) mm vb) 3. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5'ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün tampon kısmında en az 6mm kalınlık ve 25mm (±2) uzunluğunda kısa sürede yüksek miktarda sıvı emebilen bir selüloz ped içermelidir. 5. Bandın yapışkan taşıyıcı kısmı, şişen tampon ped bölgesine hemostatik basınç uygulayabilmeli ve bu basınç 300 gf/cm²'den büyük olmalıdır. Firmalar, teklif ettikleri ürünlerin bu özelliğini orijinal belgelerle kanıtlayabilmelidir. 6. Bandın yapışkan taşıyıcı bölümü elastik yapıda olmalı ve poliüretan madde içermemelidir. Yapışkan taşıyıcı bölümün esnekliği her iki yöne minimum 1 cm olmalıdır. 7. Ürünün yapısı gereği, sökücü sprey, flaster gibi ek sarf malzemelerin kullanımına ihtiyaç duyulmamalıdır. 8. Ürün hipoallerjik yapıda olmalıdır.
Genel Hükümler:	9. Ürün ebatları dış ve iç ambalajlarda belirtilmiş olmalıdır. 10. Raf ömrü en az 2 yıl olmalı, bu süre içinde yapışkanlığını kaybetmemeli, 2 yıl içinde yapışma özelliğini kaybeden ürünler firma tarafından değiştirilmelidir. 11. Ürün steril pakette teslim edilmelidir.

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Sağlık Memuru
Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu

SMT1046 DAMLA AYAR SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır. 3. Damla ayar setinin enjeksiyon portlu veya portsuz çeşidi olmalıdır. 4. Damla ayar setinin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak, kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Damla ayar seti ile akış hızı 3(±2)-400(±150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir. 6. Damla ayar setinin hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır. 7. Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır. 8. Damla ayar setinin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır. 9. Damla ayar setinin serum hortumlarının bir ucu dişi luer-lock diğer ucu erkek luer-lock konnektörlü olmalıdır. 10. Enjeksiyon portlu damla ayar setinde hariçten ilaç uygulamak için tıpa veya enjeksiyon portu olmalıdır. 11. Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır. 12. Damla ayar seti kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.
Genel Hükümler:	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Sema ATIŞ DÖNER
Taşınır Kayıt Yetkilisi

SMT1077 İDRAR TORBASI MUSLUKLU, NONSTERİL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün 2000 ml kapasiteli olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün tıbbı PVC'den üretilmiş olmalıdır. 4. Ürünün hortum uzunluğu en az 80 cm olmalıdır. 5. Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalıdır. 6. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalı ve idrarın torbaya akışını engellemeyecek nitelikte olmalıdır. 7. Torbanın hortum kısmında klemp olmalı, klemplendiğinde hortuma zarar vermemeli, kendiliğinden açılmamalıdır. 8. Torbanın musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı sızdırmamalı, aşağı çekerken musluk yerinden çıkmamalıdır. 9. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemelidir. 10. İdrar torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı, torba dolu iken patlamamalıdır. 11. Torba tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı ya da tekrar çıkarılıp takıldığında delikler kolay yırtılmamalı 12. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalıdır. 13. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı, konnektör ve kapak farklı renklerde olmalıdır. 14. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı, sondayla uyumlu olmalı, idrar sızdırmamalı ve hiçbir şekilde sondadan ayrılmamalıdır. 15. Torbanın her iki yüzü ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Sema AYŞ DÖNER
Taşınır Kayıt Yetkilisi

SMT1077 İDRAR TORBASI MUSLUKLU, NONSTERİL

	hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalıdır. 16. Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortumda gerilme oluşturmayacak, hortum idrar geçişini engellemeyecek ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak sertlikte olmalı. Torba dolduğunda hortum boyu uzamamalıdır.
Genel Hükümler:	17. Ürün tek kullanımlık ve paketlenmiş olmalıdır. 18. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 19. Yüklenici firma her 5 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya ve rahatça elle taşımaya uygun sağlam plastik malzemeden üretilmiş iki tarafı çentikli idrar torbası hortumunun bükülmesini önleyen sabitleyici bulunan uç kısımları torbayı delmeyecek özellikte olan idrar torbası askısı teslim edecektir.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Sema AYAS DÖNER
Taşınır Kayıt Yetkilisi