

(NST) ABDOMİNAL TRANSDUSER KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kemerlerin boyu 115-120 cm, eni 5,5-6 cm aralıklarında olmalıdır. ,
- 2.Kemerler çok kullanımlık ve yıkanabilir olmalıdır.
- 3.Kemerlerin orta noktalarında aralıklarla Transducer düğmelerinin geçebileceği en az 30 delik olmalıdır.
- 4.Kemerler elastik yapıda olmalıdır.
- 5.Tüm marka model NST cihazlarında kullanılabilir olmalıdır.
6. Nautilus Doppler US Transduser ve Nautilus Toco Transduser'lerin "Button Style" olanlarında kullanılabilir olmalıdır.
- 7.Kemerin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
- 8.Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.
- 9.Ürün bir yıl garantili olmalıdır.
10. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.
- 11.Teklif veren firmalar ISO 13485 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır.

KIRIKHAN BEYŞET HASTANESİ  
Halime PARLAR  
Ebe  
Doğumhane Sorumlusu

