

SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI YEDEK PARÇA TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu teknik şartname hastanemizde kullanılmakta olan DRGEM marka TOPAZ 32D model, Dijital Röntgen Cihazına ait sarf/yedek parçalar ile ilgili teknik, garanti vs. hususları kapsamaktadır.

YEDEK PARÇA : **SÜRÜŞ VE ŞUTLAMA BATARYA GRUBU**

GENEL ŞARTLAR :

1. Teklif edilen sarf/yedek parçalar kullanmakta olduğumuz Dijital Röntgen Cihazı ile uyumlu çalışabilmeli ve orijinal olmalıdır . Sarf/Yedek parçalar dijital röntgen cihazı üretici firmasından veya firmanın yetkilendirdiği üreticiden temin edilmiş olmalı ve üretici firmanın kullanıcı hataları dışında en az 1 yıllık garantisi teklif ile birlikte sunulmalıdır
2. Teklif edilen yedek parçalar dijital röntgen cihazı ile uyum sağlamalıdır.
3. Satın alınan orijinal sarf/yedek parça **yüklenici firma** tarafından ücretsiz olarak yerine monte edilecek ve çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Orijinal sarf/yedek parçaların değişiminden sonra cihazın üretici firma koşullarına uygun **tüm kalibrasyon ayarları yapılacaktır**. Bu ayarların yapılması aşamasında yazılımsal şifre gerekmesi halinde, şifre temini yükleniciye aittir.
5. Orijinal sarf/yedek parça değişimi sonrası, cihazda parça değişimi kaynaklı başka bir sorun oluşması halinde, bu sorun bedelsiz giderilecektir.
6. Teklif edilen yedek parça sistemin üreticisi tarafından imal edilmiş olmalıdır. Teklif veren firmalar bu durumu ithalatçısından ya da yetkili firmasında aldıkları temsilcilik belgesi ile kanıtlamalıdır

7. 1 tane bataryada 26 Adet 12 V. 12 Amp. bulunacaktır

GARANTİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Teklif edilen orijinal yedek parçalar, kullanıcı hataları dışında 1 (Bir) Yıl garantili olmalıdır.
2. Teklif veren firmalar, üretici firmadan yetki belgesine ve üretici/temsilci tarafından verilen cihaza ait "Eğitim Sertifikasına" sahip olmalıdırlar.

Kırıkkale Devlet Hastanesi
Meltem AZAZİ
Biyomedikal Teknisyeni