

Tam Otomatik Disposable Tabancalı Biyopsi İğne Teknik Şartnamesi – OR2280

- 1-Ultrason ve BT eşliğinde kaliteli core biopsi alımına uygun olacak şekilde disposable (tek kullanımlık) mekanizmalı tam otomatik hafif ve ergonomik şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Biyopsi tabancası ve iğnesi tek elle çekilerek kurulabilen kolay bir mekanizmaya sahip olması
- 3-İğne üzerinde giriş derinliğini ayarlamayı sağlayan işaretleme çizgileri olmalıdır.
- 4- İğne kanülü uç kısmında USG altında yüksek görünürlük sağlayan ekojenik işaretli bölge olmalıdır.
- 6-Atış uzunluğu 22mm, notch uzunluğu (pencere açıklığı)17mm veya 20mm olmalıdır.
- 7- Tabanca gövdesinin yanında ve arkasında olmak üzere iki ateşleme (tetikleme) düğmesi olmalıdır.
- 8- 18G kalınlık ve 20 cm arasındaki uzunluk seçeneklerini sunmalıdır.
- 9-Teklif edilen malzemeler steril ve tekli ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 10- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır.
- 11- Teklif edilen malzemeler T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
- 12- Alıma Numune değerlendirmesinden sonra karar verilecektir.

KIRIKKALEN DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Murat MAT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tesc. No: 71133