

ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LİK

- 1- % 96 (V/V) Etil Alkol olmalıdır.
- 2- Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
- 3- Alkoldenatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
- 4- Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir.
- 5- Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.
- 6- Teklif verecek firmalar TAPDK'nın vermiş olduğu Etil Alkol Toptan Satış Belgesi veya Etil Alkol ve Metanol Toptan Satış Belgesine sahip olmalıdır.
- 7- İthalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır.
- 8- Teslimatlar 5 litrelik Bidonlarda yapılacak ancak teklif birim fiyatı 1 Litrelik bidonlar için verilecektir.
- 9- Raf ömrü 2 yıl olmalıdır.

Kırıkkale Devlet Hastane
Abdullah Çak TEKİN
Dip. Tbb. No: 54563
Eczacı

ANTİSEPTİK SOLÜSYON (%10 POVIDON-İYOT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre sağlığı daire başkanlığı **BIYOSİDAL** ruhsatına sahip olmalıdır.
2. Ürün % 10 Povidon iyot içermelidir.
3. Ürünün Üniversite hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı etkinlik testi bulunmalıdır.
4. Ürünün Sağlık Bakanlığının onayladığı akredite Laboratuvarlarda yapılmış **Virüs** testi bulunmalıdır.
5. Ürün 500 ml veya 1 lt'lık Koyu renk (ışık geçirmeyen) HDPE şişelerde, kilitli kapaklı, orijinal ambalajında kullanıma hazır olmalıdır. Her kolide iki' şer adet çekmeli (damlalıklı kapak) bulunmalıdır.
6. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır.
7. Ürünün raf ömrü 2 sene olmalıdır.
8. Ürün geniş spektrumlu mikrobisid, bakterisid, virüs, fungusid ve protosid etkili olmalıdır.
9. Ürün alkol içermemelidir.
- 10- Üretici firmanın TUV CERT DIN EN ISO 9001:2008 ve TUV CERT DIN ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.
- 11- Üretici firma Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünden alınmış **GMP** (İyi imalat uygulamaları) sertifikasına sahip olmalıdır.

Kırıkkale Devlet Hastanesi
Abdullah ZAK TEKİN
Dip.Tes.No:54563
Eczacı