

SENSÖR UÇLU SİYAH GUİDE ŞARTNAMESİ

- 1-ÜROLOJİK GİRİŞİMLER (URS RIRS PERKÜTAN V.B.)ESNASINDA ENDOSKOPIK OLARAK ÜRETER İÇİNE YERLEŞTİRİLMEK İÇİN TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
- 2-DARLIK VE TIKANIKLARI GÜVENLE GEÇMEK,KATETER VE STENTLERİN YERLEŞTİRİLMESİNDE RAY GÖREVİ ÜSTLENMEK AMACIYLA TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
- 3-KLAVUZ TELİN KALINLIĞI 0,038 İNÇ OLMALIDIR.UZUNLUĞU 150 CM OLMALIDIR.
- 4-İÇ ÇEKİRDEĞİ SÜPER ELASTİK NİKEL-TİTANYUM ALAŞIMINDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 5-UÇ KISMI (EN AZ 10 CM,LİK KISMI) ESNEK (FLOPPY) ÜRETAN VE HİDROFOLİK KAPLAMALI OLMALIDIR.DİSTAL UÇ KISMI RADYOPAK VE KOYU SİYAH OLMALIDIR.
- 6-ANA GÖVDESİ PTFE YAPIDA OLUP KATATER VE ÜRETEROSKOPI ALETLERİNİN ÜZERİNDE RAHATÇA KAYMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KAPLI OLMALIDIR.
- 7-UÇ KISMI AÇILI (ANGLED) OLMALIDIR.
- 8-SATIN ALMA YAPILMADAN ÖNCE UYGUNLUĞU TEST EDİLMEK ÜZERE BİR NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.

AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ

ELİF KIRLI

