

Abr kablosu şartnamesi

1. Yenidoğarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kliniğimizde kullanılan Madsen AccuScreen TE/ABR marka dokunmatik ekranlı yenidoğan işitme tarama cihazıyla uyumlu olmalıdır.
3. Kırmızı, siyaz ve beyaz renkli 3 adet mandallı aligatörü olmalıdır.
4. Aligatörler ve kablo bir bütün halinde olmalıdır.
5. ABR elektrot kablosu üzerinde elektrotların baş üzerinde hangi noktalara takılacağını gösteren şema olmalıdır.
6. Kabloların UBBleri fatura ile bildirilmelidir.

Kurulan Doktor Markanesi
Zeynep CARKUS
Din Tel: 0707 7534
Odyometrist