SAKŞIN - İRRİGASYON SET - S/I SET 5MM/33-34CM

1. Ürünün tamamı disposable olmalıdır.
2. Laparoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tutaç aspirasyon işlemi esnasında görüş netliği sağlamak için şeffaf olmalıdır veya görüş netliği aspirasyon irrigasyon hortumundan da sağlanabileceği için tutaç mat bir yapıdan da oluşabilmelidir.
4. Aspirasyon irrigasyon sisteminin şaft çapı 5mm olmalıdır.
5. Steril pakette tutaç, şaft ve aspirasyon irrigasyon hortumlarıyla beraber bir bütün halde hazır bulunmalıdır.
6. **Şaft uzunluğu 33(+/-1)cm olmalıdır**
7. Ürünün uç kısmında aspirasyon irrigasyon işlevini hızlandıracak delikler bulunmalıdır.
8. **Ürünün üzerinde aspirasyon-irrigasyon işlevlerinin yapılabilmesi için 2 buton bulunmalıdır.**
9. Tutaç kısmı kullanım kolaylığı açısından ergonomik olmalıdır.
10. Şaft kısmı, metal çubuk tutaç kısmından istenildiğinde ayrılabilir ve diğer tarafa takılabilir olmalıdır veya ürün ayrılmaz tek parça olmalıdır.
11. Ürünün kendisi ve paketi lateks içermemelidir.
12. **Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi veya son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.**

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Onur ZAMBAK
Diş Tes. No: 6027
Genel Cerrahi Uzmanı

Med Save

SMT3977 ALÇI ALTI PAMUK, SENTETİK/DOĞAL

SMT Temel İşlevi:	**1.** Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	**2.** Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. **3.** Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10 cm, 15 cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. **4.** Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10 cm ve 15 cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	**5.** Alçı altı pamuk, sentetik tipleri; medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. **6.** Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. **7.** Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır. **8.** Alçı altı pamuk, sentetik tipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri; su emmemelidir. **9.** Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir. **10.** Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir. **11.** Ürün hipoalerjenik olmalıdır. **12.** Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır. **13.** Ürün X ışını geçirebilmelidir.
Genel Hükümler:	**14.** Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. **15.** Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır. **16.** Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülrezzak TEKİN
Dip.Teş.No:54563
Eczacı

SMT1144 FOLEY SONDA, İKİ YOLLU

SMT Temel İşlevi:	1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün %100 silikondan ve/veya doğal lateksten ve/veya slikolateksten yapılmış olmalıdır. 3. Sondalar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 F olarak değişik boyutlarda olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	**4.** Pediatrik sondanın kılavuz teli olmalıdır. **5.** Kılavuz tel uygun sertlikte olmalıdır. Kırılıp bükülmemelidir. Sonda takılıp, çıkartılırken kılavuz tel kolay takılıp çıkarılabilmeli, sonda ve mesaneye zarar vermemelidir. **6.** Sonda, uzun süreli kullanımlarda sertleşmemeli,tahriş etmemeli ve dokuda travma oluşturmamalıdır. **7.** Sonda, yuvarlatılmış kapalı distal ucu ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkla olmalıdır. **8.** Silikon sondalarda ürünün radyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak çizgi bulunmalıdır. **9.** Sondanın balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda 1cm(±2) mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalıdır. **10.** Sondanın balonu kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su, kolay ve tamamen boşaltılabilmelidir. **11.** Sondanın balonu şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemelidir. **12.** Sondanın balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, fazladan bir güç gerektirmemelidir. **13.** Sondanın balonu şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da valfi enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirme işlemini zorlaştırmamalıdır. **14.** Sonda 2 yollu ve ucu 2 delikli olmalıdır. **15.** Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 1-50 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen çevresinde simetrik şişmelidir. **16.** İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülrezzak TEKİN
Dip.Tez.No:54563
Eczacı

SMT1144 FOLEY SONDA, İKİ YOLLU

	takılabilmelidir. 17. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. 18. Sondanın çapı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın "Y" ucunda belirtilmiş olmalıdır.
Genel Hükümler:	19. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Kırı... Hastanesi
Ab...
Dip...
Eczacı

SMT1168 VEN VALFİ, İĞNESİZ

SMT Temel İşlevi:	1. Ven valfi mikroorganizma geçişini engellemek, kan numunesi almak ve parenteral tedavilerde kullanmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün lateks ve DEHP içermemelidir. 3. Ürünün ven valfi kısmı silikon veya poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Ürünün uzatma hattı ve bağlantıları medikal PVC, silikon veya poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. 5. Ürünün tekli, çiftli, üçlü tipleri mevcut olmalıdır. 6. Ürünün ikili formunda; ikili uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır. 7. Ürünün üçlü formunda; üçlü uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	8. Ürünün dış kısmında enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olmalı, yüzeyde bakteri üremesine izin verecek boşluklar olmamalı, silikon yüzeyi silinerek dezenfeksiyona uygun olmalıdır. 9. Ürün, iğnesiz girişim aparatında splitseptum teknolojisi olmalıdır. 10. Ürünün akış hattı düz, berrak bağlantı noktası ve basit iç dizayna sahip olmalıdır. 11. Ürünün, içinde kompleks ve mekanik mekanizma olmamalıdır. 12. Ürün, hem luer-lock hem luer-slip enjektör ve infüzyon setleri ile uyumlu olmalıdır. 13. Ürünen az 100 girişime izin vermelidir. 14. Ürün, lipid uyumlu olmalı, parenteral beslenmeye uygun olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	15. Ürünün ikili ve üçlü formunda sıvının geri çıkışına izin vermeyen klemp bulunmalıdır, klemp kapama açma sonrası lümeni deforme etmemelidir. 16. Ürün, sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere,kapak ve stoper ihtiyacı duymadan kullanılabilmelidir.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülvezzak TEKİN
Dip.Tes.No:54563
Eczacı

SMT1168 VEN VALFİ, İĞNESİZ

	17. Ürün, ergonomik olmalıdır. 18. Ürünün akış hattının görülmesi için bağlantı noktası şeffaf veya açık mavi renkli olmalı, yıkamanın veya ilaç uygulamanın başarısından emin olunmalıdır.
Genel Hükümler:	19. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 20. Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. 21. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülrezzak ÇEKİN
Dip.Tes.No:54563
Eczacı

SMT1900-SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÜÇ LÜMENLİ

SMT Temel İşlevi:	1. Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Katater uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 4cm-21cm, 6F,7F-7.5F-8F-8.5F için 10cm-21cm olmalıdır. 3. İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38 mm -75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. Utrason altında net olarak görülebilmelidir. 4. Dilatatör uzunluğu 5cm-12cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. 5. Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10'ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. 6. Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klempi bulunmalıdır. 7. Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyoopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır.
Teknik Özellikleri:	8. Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden olmamalıdır. 9. Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. 10. Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır. 11. Kateter dokuda rahat ilerletilebilir özellikte ve kıvrımlı damarlarda ilerleyebilecek fleksibiliteye sahip olmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülrezzak TEKİN
Dip.Tes.No:34563
Eczacı

SMT1900-SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÜÇ LÜMENLİ

Genel Hükümler:	**12.** Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülrezzak TEKİN
Dip.Tes.No:54563
Eczacı