**SMT3689- ELASTİK BANDAJ**

| | |
|---|---|
| **SMG Temel İşlevi:** | 1. Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 2. Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir.<br>3. Elastik bandajın gerilmemiş halinin en genişliği; 5 cm, 10 cm, 15 cm, ve 20 cm boy uzunluğu ise; 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 4. Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir.<br>5. Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır.<br>6. Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır.<br>7. Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır.<br>8. En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 9. İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen 'Uzama Özelliği' testine uygun olmalıdır.<br>10. Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir. |

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Bilge TOPRAK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

SMT3977 ALÇI ALTI PAMUK, SENTETİK/DOĞAL

| | |
|---|---|
| **SMT Temel İşlevi:** | **1.** Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | **2.** Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.<br>**3.** Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10 cm, 15 cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır.<br>**4.** Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10 cm ve 15 cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | **5.** Alçı altı pamuk, sentetik tipleri; medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır.<br>**6.** Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır.<br>**7.** Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır.<br>**8.** Alçı altı pamuk, sentetik tipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri; su emmemelidir.<br>**9.** Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir.<br>**10.** Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir.<br>**11.** Ürün hipoalerjenik olmalıdır.<br>**12.** Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır.<br>**13.** Ürün X ışını geçirebilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | **14.** Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır.<br>**15.** Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır.<br>**16.** Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir. |

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Bilge TOPRAK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

**SMT4000 VAZELİN**

| | |
|---|---|
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesislerinde kullanım amaçlı tasarlanmış medikal tip de olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 2. Ürünün katı vazelin veya likit formda sıvı vazelin veya likit formda sprey sıvı vazelin çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.<br>3. Ürün 400gr/ml, 500gr/ml, 1000 gr/ml, 1500 gr/ml ölçülerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | **Katı vazelin tipi:**<br>4. Petroleum Jeliy içerecektir.<br>5. Yoğunluğu $60^0$C de en az 0,820-0,825 olmalıdır.<br>6. Erime noktası 45-51 derece olmalıdır.<br>7. Penetrasyonu 25 derecede 170-190 olmalıdır.<br>8. Sülfür oranı maksimum %0,3 olmalıdır.<br>9. pH ı nötr olmalıdır.<br>10. Küf miktarı maksimum %0.05 olmalıdır<br>11. Görünümü şeffaf-yarı şeffaf beyaz yağlı kütle görünümünde olmalıdır.<br>12. Renk maksimum 0.9 sarı olmalıdır.<br>13. İndirgen maddesi olmamalıdır.<br>14. Koku ve tadı olmamalı ve UV absorbsiyonu 209 mm karede 0,257 olmalıdır.<br>**Sıvı vazelin tipi:**<br>15. Vazelin likit formda olmalıdır.<br>16. Renksiz, şeffaf, yağımsı ve viskoz yapıda olmalıdır.<br>17. Ürün hiçbir katkı maddesi içermemelidir.<br>18. Vazelin ambalajı polietilen materyalden kırılmaz olmalıdır.<br>19. Ambalaj kapakları kilitli plastikten olmalıdır.<br>20. Ürünün sprey formunda olan tipleri kendinden sprey başlıklı olmalı ayrıca bu başlık ürünü homojen olarak dağıtmalı ve uygulama kolaylığı sağlamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 21. Tekli korunaklı ambalaj ile teslim edilmelidir.<br>22. Ürün içeriğinde bulunan kimyasallar etiket üzerinde veya kullanım kılavuzunda yazılı olmalıdır. |

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Bilge TOPRAK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

**SMT4000 VAZELİN**

| | |
|---|---|
| | 23. Paket üzerinde üretim lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. |

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Bilge TOPRAK
Taşınır Kayıt Yetkilisi