SMT3711 GAZLI BEZ

SMT Temel İşlevi:	1. Sağlık tesisinde kullanılan tampon, gaz kompres, batın kompres, pamuklu ped gibi ürünlerin yapımında kullanılmak amacı ile %100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Bir top ürünün eni 90(±3)cm ve boyu 100(±3)metre olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır. 4. Ürün hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirişsiz (apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; ürünün üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri, parça bulunmamalı ve kaçmış iplik görünmemelidir. 5. Ürünün 1 cm^2'deki toplam iplik (tel) sayısı 18(±1) olmalı ve ağırlığı en az 23gr olmalıdır. 6. Ürünün kenarlı düzgün, kolay katlanabilir ve kıvrılabilir olmalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürün non-steril olmalıdır. 8. Ürün, her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet=90(±3)cm*100(±3)m uzunluğunda 1 top olarak teslim edilecektir. 9. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. 10. Ürünün teslimatı balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 15 top (1,500 metre) gazlı bezden oluşmalıdır. 11. Ürün korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte, şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. 12. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Abdülrezzak TEKİN
Dip.Tes.No:54563
Eczacı