

TEKNİK ŞARTNAME

Manuel Tekerlekli Sandalye Ön ve Arka Tekerlekleri

1. Konu

Bu teknik şartname, hastane kullanımına uygun manuel tekerlekli sandalyelerde kullanılacak ön ve arka tekerleklerin teknik özelliklerini kapsar.

2. Teknik Özellikler

- Ön tekerlek ölçüsü 125 × 30 mm (± 1 cm toleranslı) olacaktır.
- Arka tekerlek ölçüsü 200 × 50 mm (± 1 cm toleranslı) olacaktır.
- Tekerlekler hastane kullanımına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Tekerleklerin yüzeyi sessiz çalışacak ve zemin üzerinde iz bırakmayacaktır.
- Rulmanlar akıcı dönüş sağlayacak, boşluk yapmayacak ve minimum bakım gerektirecektir.
- Tekerlekler manuel tekerlekli sandalye ile tam uyumlu ve montaja hazır olacaktır.
- Ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.
- Üretim veya malzeme kaynaklı kusurlu ürünler teslim alınmayacaktır.

Kırıkkale Devlet Hastanesi
Meltem ARAZI
Biyomedikal Teknisyeni



ÖN

ARKA