



T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Döküm no	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No			
				1			
Talep No	H12-T-6274						
Talep Adı	HASTABAŞI MONİTÖRLERİ İÇİN YETİŞKİN MANŞON ALIMI						
S.No	MKYS Taşınır Kodu	Hesap Kodu	Mal/Hizmet/Yapımın Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birimi	Fiili Stok Miktarı	Aylık Ort. Tüketim Miktarı (Manuel yazılacaktır)
1	150-13-02-01-240010911		HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN	50,00	Adet		

Gerekçe:MEVCUTTA Kİ KULLANILAN MALZEMELER KULLANIM ÖMRÜNÜ DOLDURDUĞU İÇİN YENİLERİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Ekler
..1 Adet Teknik Şartname
..... Adet Teknik Rapor

Talep Eden Sorumlu
Melttem AZAZİ
18.09.2026
Kase İmza

HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İhtiyacı Yukarıda cinsi, miktarları ve özellikleri yazılı mal/hizmet/yapım işinin temini hususunu arz ederim.

TARİH
18.09.2026

Taşınır Kayıt Yetkilisi
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Muhammed NURHAN ÇOKSU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

BAŞTABIPLIK MAKAMI'NA

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/hizmet/Yapım işi ihtiyacı tespit edilmiş olup, temini hususunu emirlerinize arz ederim.

18.09.2026
İbrahim KEKEÇ
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

SATINALMA BİRİMİNE

Yukarıda tespit edilen hastanemiz ihtiyacının teminini ve hizmete sunulmasını rica ederim.

18.09.2026
Uzm. Dr. İsmail Zeki TEKİŞ
BASHKİM

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON TUTANAĞI

Talep No : H12-T-6274
Düzenleyen Ambar : KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Satınalma Birim/Servisi : KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ /
İstek Nedeni : HASTABAŞI MONİTÖRLERİ İÇİN YETİŞKİN MANŞON ALIMI MEVCUTTA Kİ KULLANILAN MALZEMELER KULLANIM ÖMRÜNÜ DOLDURDUĞU İÇİN YENİLERİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Bütçe Kodu :

S. No	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklama	Birim	İstek Miktar	Onay Miktar	Mevcut Miktar	Aylık Çıkan	Yıllık Çıkan	SUT Fiyatı	MKYS Fiyatı	En Son Alım Fiyatı	Toplam Tahmini Fiyatı
1	1066617	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN		Adet	50	50	5	3	35	0,00	0,00	00	00
Toplam Tahmini Tutarı:													00

Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 28/05/2012 tarih ve 5400 sayılı genelgesi gereğince döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan ihtiyaç tespit komisyonunun 18.09.2026 tarihinde tarihinde

Tansiyon Manşonu Teknik Şartnamesi

1. Tansiyon manşonu çok kullanımlık olmalıdır.
2. Manşon boyu 25-35cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
4. Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir.
5. Manşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
6. Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır
7. Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
8. Manşon tek hortumlu olmalıdır.
9. Manşonun monitöre uyumu için gerekli adaptör firma tarafından temin edilmelidir.
10. Üzerinde CE işareti olmalıdır.
11. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır
12. Manşon rengi kirlenmelere karşı koyu lavacert olmalıdır.
13. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
15. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.



Kırıkkale Devlet Hastanesi
M. İsmail AZAZI
Biyomedikal Teknisyeni