

EEG CUP ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- ELEKTRODLAR DİSK ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- 2- ELEKTRODLARIN KABLO UZUNLUĞU EN AZ 150 cm OLMALIDIR.
- 3- ELEKTRODLAR 10mm ÇAPINDA VE KUBBE ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- 4- ÜZERİNDE FAZLA PASTANIN ÇIKMASINI SAĞLAYAN DELİK BULUNMALIDIR.
- 5- ORJİNAL AMBALAJI İÇİNDE BİRBİRİNDEN KOLAYCA AYIRT EDİLEBİLMESİ İÇİN EN AZ 6 FARKLI RENKTE, 30 ADET ELEKTROD İÇERMELİDİR.
- 6- ELEKTROD ALTIN VEYA GÜMÜŞ KAPLAMA OLMALIDIR.
- 7- ELEKTRODLAR TOUCH PROOF CONNECTOR (DİŞİ) GİRİŞLİ OLMALIDIR.
- 8- KABLO EKLEM YERLERİ SAĞLAM OLMALI, KOLAY KOPMAMALIDIR.
- 9- PARAZİTLENME ETKİLEŞİMİ YAPAN KALİTELİ OLMAYAN KABLolar DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 10- TEKLİF VEREN FİRMALAR YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VERMELİDİR.
- 11- KULLANILMAMIŞ MALZEMELER İÇİN TEKLİFLE BİRLİKTE BİR ADET NUMUNE VERİLMELİDİR.

Kiraz Bircan Bağcı
Elektrofizyoloji Teknikeri


