

RİTİM HOLTER KABLOSU ÇİTÇİT-SNAP UÇLU AHA RENK KODLU SENTOPREN KAPLI 5 LEAD
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Temin edilecek ritim holter cihazı ölçüm kablosu BIOLIGHT (BLT) marka Cardiopoint H600 model uyumlu olmalıdır.
- 2-Temin edilecek ritim holter cihazı ölçüm kablosu 5 leadli snap uçlu AHA renk kodlu özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Temin edilecek ritim holter cihazı ölçüm kablosu 5 adet olmalıdır.
- 4-Temini yapılacak malzeme hastanemiz Klinik mühendislik hizmetleri personelleri ve bölüm çalışanları tarafından denendikten sonra onay verilecektir.
- 5-Temin edilecek malzeme üretici hatalarına karşı 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.

Kırıkkale Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Serca TEVECI
Dip.Tes.No:218241
Kardiyoloji Uzmanı