

UZUN KONÇLU (DİRSEK ÜSTÜ) STERİL PUDRASIZ ELDİVEN ŞARTNAMESİ

1. Eldivenler Lateksten üretilmiş ve pudrasız olmalıdır.
2. Eldivenler cerrahi amaçla kullanılmaya elverişli anatomik yapıda olmalıdır.
3. Eldivenler avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlayarak Elle Halas ve Kavite Kontrolü yapmaya uygun olmalıdır.
4. Eldivenlerin dokusu düzgün olmalıdır.
5. Eldivenler delinmeye ve yırtılmaya dirençli olmalıdır
6. Eldivenlerin ambalajları su geçirmez özellikte olmalıdır.
7. Eldivenlerin AQL değeri 1.5 olmalı ve bu ibare ambalajlar üzerinde yer almalıdır.
8. Eldivenler 93/42/EEC Direktifine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
9. Eldivenler GAMMA steril edilmiş olmalıdır.
10. Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, üretim tarihi ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
11. Malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilitesinin devamlılığını sağlayacak özellikte kağıt kısım bulunmalıdır.
12. Ürün ambalajı çift paket sisteminde olmalıdır. İç paket sağ ve sol el işaretine uygun olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
13. Eldivenler 1 adet= 1 çift olarak teklif edilmelidir.
14. Eldivenler dirsek üzerine çıkacak kadar uzun olmalı, eldivenlerin boyu en az 480 mm uzunlukta olmalıdır.
15. Eldivenlerin boyutu 7 numara olmalıdır.
16. Eldivenler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.

KADIN DOĞUM HEKİMİ

ANIL ARPACI

KIRIKHAN DEVLET HASTAHESİ
ANIL ARPACI
Tıp Tes. No. 179755
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı