

ŞARTNAME

2,4 mm PHACO KNIFE

1. Steril, tekli paketlenmiş olmalıdır.
2. Cerrahi işlem esnasında kolay manipölasyon sağlayacak şekilde ergonomik olmalıdır
3. 2,4 mm ölçüsünde olmalıdır
4. Metal kısımları mikroskop ışığı altında parlamayan yüzey yapısında olmalıdır.
5. Bıçağın sapı yüksek sıcaklıklara dayanabilen materyalden imal edilmiş olmalı ve bıçak sapında bıçak ölçüsü yazılmış olmalıdır.
6. Uç kısmını korumak için bıçak sapı üzerinden hareket eden özel bir mekanizmaya sahip olmalıdır
7. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, ürün içeriği bilgileri, son kullanma tarihi gibi bilgiler orijinal baskı olmalıdır.

Elvık
Kırıkkale Devlet Hastanesi
Elit KIRLI
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

SMT1424 OFTALMİK BİÇAK

SMT Temel İşlevi:	1. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kesici ucu olan, polisülfondan veya polikarbondan yapılmış sapı olan, sap üzerinde kesici yüzeyin doğrultusunu gösteren, 15-30-45 derecelik paslanmaz bıçak olmalıdır. 3. 420 numaralı çelikten ileri teknoloji ile elde edilmiş çift yüzeyi keskinleştirilmiş bevelup veya beweldown olmalı ve satinfinish (parlamayan) özellikte olmalıdır. 4. El sapı ve bıçak ucu sabit olarak birleştirilmiş olmalıdır. 5. Paketin içinde sivri ucun zarar görmesini önlemek için bıçak sapının ayrıca konduğu bir muhafazası olmalı veya ucunu koruyucu süngerli veya koruyucu mekanizması olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Bıçak ucu ve iki kenarı keskin olmalı, dokuya rahat girişini engelleyecek yüzey pürüzü ve çentiği olmamalıdır. 7. Bıçak ucu parlamamalıdır. 8. Keskinliği doku travması yapmayacak şekilde üst düzey olmalıdır.
Genel Hükümler:	9. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.


Kırıkkale Devlet Hastanesi
Elif KIRLI
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi