



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HATAY
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Adı

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
EMG ELEKTRODU BAR-KAYIT ŞARTNAMESİ
MKYS KODU: 150-13-02-01-240012523

1. Teklif edilen elektrod MICROMED marka EMG cihazına tam uyumlu olmalıdır.
2. Aktif ve referans elektrodlar arası mesafe 30-40mm arasında olmalıdır.
3. Kayıt elektrod çapları 10mm olmalıdır.
4. Dış artefaktan koruyucu özellikte en az 1,5m kablo kılıfı olmalıdır.
5. Kablonun cihaza bağlantı ucu 5 pinli dın bağlantı olmalıdır.
6. Metal yüzeyler gümüş/ gümüş klorür ile kaplanmış olup, artefakt oluşumunu engellemelidir.
7. Uygunluk verilerek kabul edilecektir.
8. Ürünler imalat, malzeme ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
9. Ürünün üts kaydı bulunmalı, üts kaydı bulunmayan ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kiraz Birsen BAĞCI
Elektrofizyoloji Teknikeri
[Signature]