



**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
HATAY  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Adı

**KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ**  
**ULTRASONOGRAFİ PROBU DIŞ BÜKEY - CONVEX**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**  
**MKYS KODU: 150-13-02-01-240039978**

1. Prob TOSHIBA Marka Aplio300 Model ultrasonografi cihazına tam uyumlu olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran problemler kabul edilmeyecektir.
3. Prob, özellikle karaciğer, safra kesesi, böbrek, pankreas gibi batin (abdomen) ve obstetrik çalışmalarına uygun olmalıdır.
4. Prob renkli doppler çalışmasına uygun olmalıdır.
5. Prob frekansı, 3.5 MHz merkez frekans olmak üzere; en az 3 ayrı B mod ve en az 3 ayrı doku harmonik frekansında çalışabilmelidir. Multifrekans ve broadband özellikte olmayan problemler kabul edilmeyecektir.
6. Prob Aplio model sistemlerde kullanıldığında differential doku harmonik görüntüleme modunda da çalışabilmelidir.
7. Prob, maksimum 6.0 MHz'e kadar çıkabilmelidir.
8. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal, kapalı ambalajında teslim edilecektir.
9. Teklif edilen Probun UBB kaydı bulunacaktır ve teklif aşamasında bu kod belirtilecektir. UBB kaydı bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

*İlyas BAHTADIR*  
*T. K. Y*  
*[Signature]*

Kirikhan Devlet Hastanesi  
Meltem AZAZI  
Biyomedikal Teknisyeni

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ  
Uzm.Dr.Özlem YILMAZ ATIK  
Diy.Tes.No:81936  
Radyoloji Uzmanı