



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HATAY
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Adı

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
SE DY E M NİYET KEMERİ ŞARTNAMESİ-YETİŞKİN
MKYS KODU: 150-13-02-01-240010836

- Ürün, hem acil servis/transfer sedyelerine hem de standart/motorlu hasta yataklarına uyumlu ve kolayca monte edilebilir yapıda olmalıdır.
- Farklı marka ve modeldeki sedye ile yatakların şasi, korkuluk veya yan demirlerine sabitlenebilecek bağlantı mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Hastanın göğüs, bel veya pelvis bölgesini kavrayacak şekilde tasarlanmalı, hareket kısıtlaması yaparken hastanın canını yakmamalıdır.
- Kemer şeritleri (kolonlar) kopma, yırtılma ve aşınmaya dayanıklı **%100 endüstriyel polyester veya naylon** malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Hastanın vücuduna temas eden ana parça, baskıyı azaltmak ve sürtünmeden kaynaklı cilt lezyonlarını önlemek için **yumuşak dokulu, sünger dolgulu veya hava alabilen pedli (fileli/mesh)** yapıda olmalıdır.
- Kemer kumaşı leke tutmayan, sıvı itici özellikli olmalı, hastane dezenfektanları ile silinebilmeli ve en az **60°C sıcaklıkta yıkanabilir** olmalıdır.
- Malzeme antialerjik olmalı, toksik madde içermemeli ve tahrişe neden olmamalıdır.
- Kemer üzerinde, hastanın kendi kendine kolayca açamayacağı ancak sağlık personelinin acil durumda hızlıca müdahale edebileceği **emniyetli (en az çift noktalı veya kilitli bas-aç tipi) mandallı tokalar (heavy-duty buckle)** bulunmalıdır.
- Kemer, zayıf hastalardan obez hastalara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilmesi için **kademesiz uzunluk ayar mekanizmasına** sahip olmalıdır.
- Tüm bağlantı noktaları ve yük binen alanlar, endüstriyel dikiş makineleriyle **X şeklinde (kutu dikiş)** güçlendirilmiş dikişlerle dikilmiş olmalıdır.
- Hastanın vücudunu kesmemesi için ana taşıyıcı kolon genişliği en az **5 cm** olmalıdır.
- Kemer ve kilit sistemi en az **150 kg** çekme ve gerilme yüküne karşı dayanıklı olmalıdır.
- İmalat ve işçilik hatalarına karşı en az **2 (iki) yıl garantili** olmalıdır.
- Yüklenici firma, ihale aşamasında idareye numune sunacak ve sedye/yatak üzerinde denendikten sonra uygunluğu onaylanan ürünler kabul edilecektir.

Kirikhan Devlet Hastanesi
Ömer PERİ
T.C. Sağlık Bakanlığı



İlyas BAHADIR
Taşınır Yekkiye
Kırkhan Devlet Hastanesi

Kırkhan Devlet Hastanesi
Melih AZAZI
Biyomedikal Teknisyeni