OFTALMİK DRAPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, göz ameliyatlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş steril cerrahi örtü olmalıdır.
2. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
3. Ürün steril olarak tekli ambalajında sunulmalıdır.
4. Örtü, sıvı geçirmeyen ve tüy bırakmayan medikal nonwoven kumaştan üretilmiş olmalıdır.
5. Hastanın yüzüne temas eden kısmı cildi tahriş etmeyen özellikte olmalıdır.
6. Göz çevresine uygulanacak yapışkanlı şeffaf insizyon filmi bulunmalıdır.
7. Örtü üzerinde ameliyat sırasında oluşan sıvıları toplamak amacıyla entegre sıvı toplama cebi (poşu) bulunmalıdır.
8. Sıvı toplama cebi sızdırmaz özellikte olmalıdır.
9. Sıvı toplama kapasitesi en az 250 ml olmalıdır.
10. Örtü boyutları en az 100 x 130 cm olmalıdır.
11. Ürün etiketinde üretici firma, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.
12. Ürün, Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
13. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
14. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. İdare gerekli gördüğü takdirde ürün numunesi isteyebilmelidir.

Ameliyathane Sorumlusu
Hemşire Sinus Kılıçoğlu