

ŞARTNAME

Yüksek Frekans Kablosu Plazma

1. En az 2 m uzunluğunda olmalıdır
2. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
3. WA22366A çalışma elemanına direkt olarak takılmalıdır.
4. Plazma özellikte olmalıdır. ESG-400 cihazı ile uyumlu olmalı, plazma soketine direkt olarak takılmalıdır.
5. Hastanemizde bulunan Plazma vaporizasyon sistemi PK ESG-400 ile uyumlu olmalıdır.

Murat MAT

Üroloji Uzmanı



Elif KIRLI

Ameliyathane Sorumlusu

