

SMT3977 ALÇI ALTI PAMUK, SENTETİK/DOĞAL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10 cm, 15 cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. 4. Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10 cm ve 15 cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Alçı altı pamuk, sentetik tipleri; medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. 6. Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. 7. Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır. 8. Alçı altı pamuk, sentetik tipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri; su emmemelidir. 9. Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir. 10. Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir. 11. Ürün hipoalerjenik olmalıdır. 12. Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır. 13. Ürün X ışını geçirebilmelidir.
Genel Hükümler:	14. Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. 15. Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır. 16. Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir.

Selim A. İsmail
Beller
Ortopedi Yo2nizer
[Signature]

SMT3691 SARGI BEZİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, yaralı bölgede pansuman malzemesini tespit etmek, kırıklarda tespiti ve hareketsizliği sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün hidrofil hale getirilmiş %80 pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır. 3. Ürünün en genişliği 5cm, 10cm, 15cm, 20cm; boy uzunluğu ise 5m, 10m, 15m, 20m ebatlarında olmalıdır. 4. Ürünün steril veya non-steril çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün beyaz, temiz, kokusuz ve nemsiz olmalıdır. 6. Ürünün üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, kaçmış iplik, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 7. Ürünün emici özelliği yüksek olmalıdır. 8. Ürünün 1 cm ² 'deki toplam iplik (tel) sayısı 22(±1) ve ağırlığı en az 33,5 gram olmalıdır. 9. Ürün düzgün sarılmış olmalı, kenarlarında yırtık ile kaçık olmamalı ve kenarlarından iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır. 10. Ürün kolay kesilebilmeli, ürünün kesilen bölümlerinde dokuma bozukluğu ve liflenme olmamalıdır. 11. Ürünün steril tiplerinde paketleri açma yönünde 2cm açma payı bırakılmalıdır. Paketler açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy ve hav çıkmamalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. 13. Ürün ruloları en az 50 en fazla 300 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir. 14. Ürünün steril tiplerinde, sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır. 15. Ürün ruloları suya dayanıklı ambalajla ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır. 16. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.

Selim Albayrak
Baller

Ortopedi Tezzeri

Amir

SMT3993 İDRAR TORBASI, VALFLİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, sağlık tesisinde tedavi gören hastaların idrar ihtiyacı durumunda kullanılmak üzere medikal malzemedan üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Valfli idrar torbası en az 1500 cc idrar toplama hacmine sahip olacak ve idrar takibini kolaylaştırmak için ml derecelendirmesi olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Valfli idrar torbası idrar esnasında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. 4. Valfli idrar torbasının vücutla temas eden kısmı cilde zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz yapıda olmalıdır. 5. Valfli idrar torbası idrarın geri dönüşünü ve kokunun dışarı yayılmasını engelleyecek şekilde bir valf ile desteklenmiş olmalıdır. 6. Valfli idrar torbası huni kısmı bay, bayan ve çocukların rahatça kullanabileceği anatomik bir yapıya sahip olmalıdır. 7. Valfli idrar torbası huni kısmı 360° derece dönerek hastaya yatış esnasında daha kolay idrar yapma imkânı sağlamalıdır. 8. İdrar, torba içinde uzun süre beklese bile sızıntı olmamalıdır.
Genel Hükümler:	9. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Kırıkkale Devlet Hastanesi
Abdulrezzak TEKİN
Dip.Tes.No:54563
Eczacı